

## Załącznik nr 1 do SIWZ

Urządzenie do chłodzenia głowy noworodka z monitorem funkcji mózgu i wyposażeniem

Producent, miejsce produkcji			
Nazwa, typ, model urządzenia		Rok produkcji	

Lp.	Wymagane parametry i warunki	Informacja (opis) wykonawcy o zaoferowanym urządzeniu lub potwierdzenie parametrów przez wpisanie słowa „TAK. Zgodnie z SIWZ”.
1.	Urządzenie fabrycznie nowe, nie starsze niż 2011r.	
2.	Zasilanie 220 - 240 V/50Hz	
3.	Ciekłokrystaliczny ekran dotykowy	
4.	Wyświetlanie automatycznych instrukcji służących jako wskazania w czasie terapii	
5.	Urządzenie chłodzące wodą	
6.	Możliwość nastawienia temperatury czepka chłodzącego z dokł. 0,1 stopnia C	
7.	Możliwość podłączenia trzech jednorazowych czujników mierzących temperaturę w różnych punktach z dokł. 0,1 stopnia C	
8.	Kontrolne wyświetlacze temperatury na ekranie	
9.	Możliwość wpisywania na ekranie uwag klinicznych	
10.	Funkcja ponownego ogrzewania dziecka	
11.	Całość zamontowana na wózku jezdny	
12.	Możliwość stosowania elektrod jednorazowych hydrożelowych i igłowych	
13.	Wbudowane zabezpieczenie przed przerwami w zasilaniu	
14.	Wbudowane zabezpieczenie „samokalibracja”	
15.	Wbudowane zabezpieczenie „alarm braku sygnału”	

16.	Możliwość wyboru daty, czasu i formatu badania	
17.	Wewnętrzna drukarka termiczna	
18.	Możliwość dodawania do zapisów komentarzy	
19.	Archiwizacja i przeglądanie plików w urządzeniu	
20.	Możliwość przekazywania danych do komputera	
21.	Możliwość archiwizacji danych na płytach CD	
22.	Trzy komplety jednorazowych czepków, każdy w trzech rozmiarach	
23.	Dziesięć kompletów jednorazowych czujników temperatury: temperatura ciała, głowy oraz doodbytniczy	
24.	Pięć rolek papieru termoczułego	
25.	Dwa opakowania po 20 szt. elektrod hydrożelowych	
26.	Dwa opakowania po 10 sztuk elektrod igłowych	
27.	Dwie tubki żelu do skóry	
28.	Cztery opakowania kremu do elektrod	
29.	Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE	
30.	Gwarancja co najmniej 24 miesiące	
31.	Zapewnienie serwisu pogwarancyjnego i części zamiennych przez okres 10 lat	
32.	Bezpłatny montaż urządzenia i przeszkolenie personelu	
32.	Co najmniej dwa bezpłatne przeglądy w okresie trwania gwarancji	

Data.....

.....

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy